



sartorius

Sartorius-^{PHARMACY} : **GL623i-1CEU**

Bilancia “Approvata metricamente” per l’uso in Farmacia



- Portata : 620g
- Divisione reale (d) della scala : 0,001g

- Portata “ Max “ : 620g
- Divisione di lettura “d” : 0,001g
- Divisione di verifica“e” : 0,01 g

- Vetrina di protezione analitica contro le correnti d’aria.
- Diametro del piatto di pesata : 115 mm

Altre caratteristiche:

- Calibrazione e regolazione automatica con peso interno motorizzato
- Tara automatica su tutta la portata .
- Protezione contro i sovraccarichi accidentali .
- Lettura digitale a cristalli liquidi LCD retroilluminato
- Uscita dati RS232 di serie.
- Protocollo di stampa secondo ISO / GLP .
- Programmi applicativi a scelta: Conteggio pezzi, Formulazione totale / netto, Pesata in percentuale, Calcolo per un fattore e Tasto di conversione in altre unità di misura.

La bilancia tecnica da laboratorio per l’uso in Farmacia, quali requisiti Legali deve avere ?

In riferimento alla **Tabella N. 6** della **Farmacopea ufficiale** (art. 34 , secondo comma e art. 44 del Reg. Serv. Farm.) la Farmacia è tenuta a dotarsi di una bilancia di precisione . Citando l’ultimo aggiornamento della Tabella N.6 (rif. Federfarm prot.n. UL/AC/6838 del 9.4.04, rif. F.O.F.I. protn.20040006071/AG del 6.5.04) , i requisiti minimi di tale strumento sono :

- **Bilancia sensibile al mg (divisione reale (d) della scala = 0,001 g) della portata di almeno 500 g** o in alternativa due distinte bilance , l’una sensibile al mg (**d=0,001g**) della portata di almeno 50 g e l’altra sensibile a 0,50 g (**d=0,50g**) della portata di almeno 2 Kg .

La bilancia inoltre, deve essere conforme anche alla **Legge N. 517** del 29.12.92 Art. 2 lettera “a” punto “5” che prescrive :

- “lo strumento per pesare” , destinato alla “determinazione della massa per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia “ deve avere l’Approvazione Metrica Legale CE (marchio di conformità **CE** e contrassegno verde “ **M** “ attestante l’approvazione Metrica).